

3Shape Trios intraoraaliskannerin puhdistusohjeet













Skannauskärkien puhdistus autoklaavissa steriloimalla

Kärjet puhdistetaan ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen potilas skannauksen jälkeen ristikontaminaation estämiseksi. Kärjet voi puhdistaa 150 kertaa. Käytä kertakäyttökäsineitä puhdistuksen aikana.

1. Skannauksen jälkeen irrota kärki ja puhdista näkyvä lika vesijohtovedellä ja astianpesuaineella käyttäen pehmeää harjaa.

   Kärjen voi pyyhkiä myös samalla desinfiointiliinalla millä skannerin runko pyyhitään, mutta sen jälkeen puhdistus astianpesuaineella ja vedellä.

   Kuivaa kärki huolellisesti paperipyyhkeellä. Varsinkin mahdollinen peiliosa pitää olla tahraton ja kirkas.

2. Laita kärki sterilointipussiin.

3. Autoklavoi kärjet jommallakummalla ohjelmalla:
   121°C vähintään 15 minuuttia
   134°C vähintään 3 minuuttia

   Käytä autoklaaviohjelmaa, joka kuivaa pussiin suljetun kärjen ennen autoklaavin avaamista.

Skannauskärkien puhdistus desinfiointiaineessa



Jos autoklaavia ei ole käytettävissä voi kärjet myös upottaa desinfiointiaineeseen.

Esimerkiksi Pintadesinfektio alkoholiton Dentasept SH PRO
5 litraa, tuotenumero: 2462042R8DS. Vaikutusaika 1-5 min

1. Skannauksen jälkeen irrota kärki ja puhdista näkyvä lika vesijohtovedellä ja astianpesuaineella käyttäen pehmeää harjaa.
   Kärjen voi pyyhkiä myös samalla desinfiointiliinalla millä skannerin runko pyyhitään, mutta sen jälkeen puhdistus astianpesuaineella ja vedellä.

   Kuivaa kärki huolellisesti paperipyyhkeellä. Varsinkin mahdollinen peiliosa pitää olla tahraton ja kirkas.

2. Upota kärki kokonaan desinfiointiaineeseen ja pidä sitä siellä ohjeen mukainen aika.

3. Huuhtele kärki vesijohtovedellä

4. Kuivaa kärki steriilillä ja hankaamattomalla paperipyyhkeellä tai liinalla. Varsinkin peili pitää olla kirkas.

Rungon puhdistus



Move-rungon ja skannerin voi pyyhkiä alkoholittomilla pintadesinfiointiliinoilla. Alkoholillinen voi ajan mittaan haurastuttaa muovi- ja kumiosia, mutta lasipinnat kuten kosketusnäyttö, skannerin linssi ja skannauskärjen peili kestää alkoholia hyvin.

Esimerkiksi ECOLAB DENTASEPT SH PRO WIPES, tuotenumero: 2477655SG

1. Pyyhi skannerin käsikappale alkoholittomalla pyyhintäliinalla, myös kärjen alla oleva linssi. Linssin pitää olla pyyhinnän jälkeen kirkas, linssin voi kuivata hankaamattomalla paperipyyhkeellä tai liinalla tai pyyhkiä alkoholilla.

2. Pyyhi myös skannerin pidike näytön oikeassa reunassa tai Pod-telakka, jos skanneri on kiinni kannettavassa tietokoneessa.

Kosketusnäytön puhdistus

1. Kosketusnäytön puhdistusta varten paina 3Shapen logoa oikeasta alakulmasta ja valitse aukeavasta valikosta Poista kosketus käytöstä/Disable touch. Painike poistaa kosketuksen käytöstä 20 sekunniksi, jonka aikana näytön voi pyyhkiä joko samalla desinfiointiliinalla kuin muutkin pinnat tai alkoholipitoisella puhdistusliinalla jos alkoholiton jättää näkyvän kalvon. Suositellaan että näyttö kuivataan pyyhinnän jälkeen.

   Jos näytön pyyhkii ilman puhdistusmoodia, voi se ottaa kosteasta liinasta tuhansia kosketuksia.

We'll back you up

UNIDENT®